

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ESTREPTOMICINA DISCO COM 10 ug (EST 10)

LOTE: 2750EST FABRICAÇÃO: 02/19 VALIDADE: 02/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	19,0 mm	(14 – 22 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	19,0 mm	(12 – 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Manter os discos de ESTREPTOMICINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 26 de Fevereiro de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001