

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

BACITRACINA DISCO COM 10 UI (BAC 10)

LOTE: 2751BAC FABRICAÇÃO: 02/19 VALIDADE: 02/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	21,0 mm	(17 - 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.
- Manter os discos de Bacitracina em entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 26 de Fevereiro de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001