

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFAZOLINA            DISCO COM 30 mcg            (CFZ 30)

LOTE: 2752CFZ        FABRICAÇÃO: 02/19    VALIDADE: 02/21

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	( 29 – 35 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	27,0 mm	( 21 – 27 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, 8092812 com validade em 30/06/2020.

Manter os discos de Cefazolina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 09 de Março de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE  
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001