

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMICACINA DISCO COM 30 ug (AMI 30)

LOTE: 2754AMI

FABRICAÇÃO: 02/19

VALIDADE: 02/21

TESTE QUALITATIVO

| | | Valor obtido | Valor Esperado |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus | ATCC 25923 | 26,0 mm | (20 – 26 mm) |
| Escherichia coli | ATCC 25922 | 26,0 mm | (19 – 26 mm) |
| Pseudomonas aeruginosa | ATCC 27853 | 26,0 mm | (18 – 26 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | | 0,5 mm | ≤ 2,5 mm |

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8134700 com validade em 30/09/2020.
- Manter os discos de AMICACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 de Março de 2019.

CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001