

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

DOXICICLINA DISCO COM 30 ug (DOX 30)

LOTE: 2756DOX FABRICAÇÃO: 03/19 VALIDADE: 03/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(23 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	(18 – 24 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8134700 com validade em 30/09/2020.
- Manter os discos de DOXICILINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 de Março de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001