

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

VANCOMICINA                      DISCO COM 5 ug              (VAN 05)

LOTE: 2767VANE                      FABRICAÇÃO: 03/19                      VALIDADE: 03/21

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	15,0 mm	( 10 – 16 mm )	13,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	21,0 mm	( 17 – 23 mm)	20,0 mm
Homogeneidade: de acordo		0,5 mm	≤ 2,5 mm	

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8134700 com validade em 30/09/2020.
- Manter os discos de Vancomicina em refrigeração (- 20°C a +8°C). Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2019.

Araçatuba, 10 de Abril de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001