

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÂNICO DISCO COM 3 ug (AMC 2/1)

LOTE: 2770AMCE

FABRICAÇÃO: 03/19

VALIDADE: 03/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor de Referência	Alvo
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	(19-25 mm)	22,0 mm
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm	

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8134700 com validade em 30/09/2020.

Manter os discos de Amoxicilina/Ácido Clavulânico entre -20°C a -15°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2019.

Araçatuba, 04 de maio de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001