RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFADROXIL DISCO COM 30 ug (CFA 30)

LOTE: 2773CFA FABRICAÇÃO: 04/19 VALIDADE: 04/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(29 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(21 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	$\leq$ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8134700 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de CEFADROXIL entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no CLSI, seguem a Cefazolina.

Araçatuba, 25 de Abril de 2019.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001