

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CLORANFENICOL DISCO COM 30 ug (CLO 30)

LOTE: 2774CLO FABRICAÇÃO: 04/19 VALIDADE: 04/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,5 mm	(19 – 26 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(21 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8134700 com validade em 30/09/2020.
- Manter os discos de CLORANFENICOL entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 25 de Abril de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001