

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

LINEZOLIDA DISCO COM 30 ug (LNZ 30)

LOTE: 2792LNZ FABRICAÇÃO: 07/19 VALIDADE: 07/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(25 - 32 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8260573 com validade em 30/09/2020.
 - Manter os discos de Linezolida armazenados entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 16 de julho de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001