

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

RIFAMPICINA DISCO COM 05 ug (RIF 05)

LOTE: 2793RIF FABRICAÇÃO: 07/19 VALIDADE: 07/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(26 – 34 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	10,0 mm	(08 – 10 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8260573 com validade em 30/09/2020.
- Manter os discos de Rifampicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 de julho de 2019.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001