

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)

NOVOBIOCINA DISCO COM 5ug (NOV 05)

LOTE: 2798NOVID FABRICAÇÃO: 07/19 VALIDADE: 07/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305	9,0 mm	≤ 16 mm
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 8260573 com validade em 30/09/2020.

Manter os discos de Novobiocina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de julho de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001