

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ÁCIDO PIPEMÍDICO                      DISCO COM 20 ug                      (PIP 20)

LOTE: 2799PIP                      FABRICAÇÃO: 07/19                      VALIDADE: 07/21

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	27,0 mm	(22 – 28 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8260573 com validade em 30/09/2020.
- Manter os discos de Ácido Pipemídico entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de julho de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 1201