

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMOXICILINA DISCO COM 10 ug (AMO 10)

LOTE: 2804AMO

FABRICAÇÃO: 08/19

VALIDADE: 08/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	(15 – 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Meio utilizado - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.

Manter os discos de AMOXICILINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 27 de agosto de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001