

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ENROFLOXACINA DISCO COM 05 ug (ENO 05)

LOTE: 2807ENO FABRICAÇÃO: 08/19 VALIDADE: 08/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(23 - 29 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(27 - 35 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.
- Manter os discos de ENROFLOXACINA entre - 20°C a +8°C. Utilizar no Máximo em 30 dias apo a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de agosto de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001