

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

LINCOMICINA DISCO COM 02 ug (LIN 02)

LOTE: 2809LIN FABRICAÇÃO: 09/19 VALIDADE: 09/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(22 - 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.
- Manter os discos de Lincomicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de setembro de 2019.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001