

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

GENTAMICINA      DISCO COM 10 ug      ( GEN 10 )

LOTE: 2816GEN      FABRICAÇÃO: 09/19      VALIDADE: 09/21

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	( 19 – 27 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	( 19 – 25 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	( 19 – 26 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	22,0 mm	( 17 – 23 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.

Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de outubro de 2019.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001