

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SULFADIAZINA/TRIMETOPRIM(SULFAMETRIM) DISCO COM 25 ug (SZT 25)

LOTE: 2821SZT

FABRICAÇÃO: 10/19

VALIDADE: 10/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(24 – 32 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	31,0 mm	(24 – 32 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.

Manter os discos de Sulfadiazina/Trimetoprim (Sulfametrim) entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de Outubro de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Eudorides Pacheco Júnior – CRF/SP 5983