

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

GENTAMICINA - GEN 120, DISCO COM 120 ug.

LOTE: 2835GENHL

FABRICAÇÃO: 12/19

VALIDADE: 12/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	22,0 mm	(16-23 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.
 - Manter os discos de Gentamicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 14 de dezembro de 2019.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001