

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

DOXICICLINA - DOX 30, DISCO COM 30 ug .

LOTE: 2837DOX

FABRICAÇÃO: 12/19

VALIDADE: 12/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(23 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	(18 – 24 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.
- Manter os discos de DOXICILINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 14 de dezembro de 2019.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001