

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFALOTINA DISCO COM 30 ug ( CFL 30 )

LOTE: 2848CFL FABRICAÇÃO: 01/20 VALIDADE: 01/22

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	36,0 mm	( 29 – 37 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	20,0 mm	( 15 – 21 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.
- Manter os discos de Cefalotina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 08 de fevereiro de 2020.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001