RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NEOMICINA DISCO COM 30 ug (NEO 30)

LOTE: 2855NEO FABRICAÇÃO: 02/20 VALIDADE: 02/22

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	24,0 mm	(18 – 26 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	(17 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:
Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.
Manter os discos de Neomicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 10 de março de 2020.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001