

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFTRIAXONA DISCO COM 30 ug (CRO 30)

LOTE: 2858CRO

FABRICAÇÃO: 03/20

VALIDADE: 03/22

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,5 mm	(22 – 28 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	(29 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	23,0 mm	(17 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de Ceftriaxona entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de março de 2020.



Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001