

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

TOBRAMICINA                      DISCO COM 10 ug (TOB 10)

LOTE: 2860TOB                      FABRICAÇÃO: 03/20                      VALIDADE: 03/22

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,0 mm	( 19 – 29 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	( 20 – 26 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	25,5 mm	( 18 – 26 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	26,0 mm	( 19 – 26 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.
- Manter os discos de Tobramicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 26 de março de 2020.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001