

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

FOSFOMICINA (+ GLICOSE-6-FOSFATO)      DISCO COM 200 ug      (FOS 200)

LOTE: 2873FOS      FABRICAÇÃO: 05/20      VALIDADE: 05/22

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	32,5 mm	( 25 – 33 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	29,5 mm	(22 – 30 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.
- Manter os discos de FOSFOMICINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 29 de maio de 2020.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001