

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

VANCOMICINA - DISCO COM 30 ug - VAN 30

LOTE: 2879VAN

FABRICAÇÃO: 06/20

VALIDADE: 06/22

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	21,0 mm	(17 – 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.
- Manter os discos de Vancomicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 16 de junho de 2020.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001