

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

PIPERACILINA/TAZOBACTAM      DISCO COM 36 ug      (PIT 30/6)

LOTE: 2883PITE      FABRICAÇÃO: 06/20      VALIDADE: 06/22

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli	ATCC 25922	27,0 mm	( 21 – 27 mm )	24,0 mm
Escherichia coli	ATCC 35218	26,0 mm	( 21 – 27 mm )	24,0 mm
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	27,0 mm	( 23 – 29 mm )	26,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.
- Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam entre -20C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2019.

Araçatuba, 02 de julho de 2020.



Controle de qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001