

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)

OPTOQUINA (Ethylhidrocupreine) DISCO COM 5 ug (OPT 05)

LOTE: 2890OPT

FABRICAÇÃO: 07/20 VALIDADE: 07/22

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	23,0 mm	≥ 15 mm
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Ausência de halo	Ausência de halo
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.
Manter os discos de OPTOQUINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 31 de julho de 2020.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001