

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMPICILINA DISCO COM 10 ug (AMP 10)

LOTE: 2891AMP FABRICAÇÃO: 07/20 VALIDADE: 07/22

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	(15 – 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.
- Manter os discos de AMPICILINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 30 de julho de 2020.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001