

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: AMOXICILINA      DISCO COM 10 ug      (AMO 10)

LOTE: 2892AMO      FABRICAÇÃO: 08/20      VALIDADE: 08/22

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	( 27 – 35 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	( 15 – 22 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

**Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de AMOXICILINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 15 de agosto de 2020.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001