

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFOTAXIMA DISCO COM 30 ug (CTX 30)

LOTE: 2893CTX FABRICAÇÃO: 08/20 VALIDADE: 08/22

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(25 – 31 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(29 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	21,0 mm	(18 – 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.
 - Manter os discos de Cefotaxima entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 15 de agosto de 2020.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001