

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

GENTAMICINA      DISCO COM 10 ug      ( GEN 10 )

LOTE: 2894GEN      FABRICAÇÃO: 08/20      VALIDADE: 08/22

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,0 mm	( 19 – 27 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	( 19 – 25 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	25,0 mm	( 19 – 26 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	23,0 mm	( 17 – 23 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de agosto de 2020.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001