

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ERITROMICINA DISCO COM 15 ug (ERI 15)

LOTE: 2897ERI FABRICAÇÃO: 08/20 VALIDADE: 08/22

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(22 - 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	28,0 mm	(23 - 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de Eritromicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 02 de setembro de 2020.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001