RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFTAZIDIMA DISCO COM 30 ug (CAZ 30)

LOTE: 2911CAZ FABRICAÇÃO: 10/20 VALIDADE: 10/22.

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	(16 – 20 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	32,0 mm	(25 – 32 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	29,0 mm	(22 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,05 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**
Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.
Manter os discos de CEFTAZIDIMA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 21 de outubro de 2020.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001