

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

COLISTINA DISCO COM 10 ug (COL 10)

LOTE: 2913COL FABRICAÇÃO: 10/20 VALIDADE: 10/22

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Escherichia coli ATCC 25922 | 16,0 mm | (11 – 17 mm) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 16,0 mm | (11 – 17 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 0,5 mm | ≤ 2,5 mm |

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de COLISTINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de outubro de 2020.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001