

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMPICILINA/SULBACTAM - DISCO COM 20 ug APS 20 (10/10),

LOTE: 2917APS FABRICAÇÃO: 10/20 VALIDADE: 10/22

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor de Referencia
Staphylococcus aureus ATCC 25923	37,0 mm	29-37 mm
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	19-24 mm
Escherichia coli ATCC 35218	17,0 mm	13-19 mm
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de Ampicilina/Sulbactam entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 25 de novembro de 2020.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001