

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ÁCIDO PIPEMÍDICO DISCO COM 20 ug (PIP 20)

LOTE: 2919PIP FABRICAÇÃO: 11/20 VALIDADE: 11/22

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	28,0 mm	(22 – 28 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.
- Manter os discos de Ácido Pipemídico entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 17 de novembro de 2020



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 1201