

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFEPIME - CPM 30, DISCO COM 30 ug

LOTE: 2921CPM FABRICAÇÃO: 11/20 VALIDADE: 11/22

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(23 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	(31 – 37 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	31,0 mm	(24 – 31 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de CEFEPIME entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 de novembro de 2020.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001