

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFACLOR DISCO COM 30 ug (CFC 30)

LOTE: 2925CFC

FABRICAÇÃO: 12/20

VALIDADE: 12/22

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	31,0 mm	(27 – 31 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	26,5 mm	(23 – 27 mm)
Homogeneidade:	de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Muller Hinton Ágar – DIFCO, lote 9259973 com validade 30/09/2021.
- Manter os discos de Cefaclor entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 17 de dezembro de 2020.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001