

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

LINEZOLIDA DISCO COM 30 ug (LNZ 30)

LOTE: 2927LNZ FABRICAÇÃO: 12/20 VALIDADE: 12/22

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(25 - 32 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 31/09/2021.
 - Manter os discos de Linezolida armazenados entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 08 de janeiro de 2021.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001