

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC (DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NORFLOXACINA - NOR 10, DISCO COM 10 ug

LOTE: 2931NOR FABRICAÇÃO: 01/21 VALIDADE: 01/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,0 mm	(17 – 28 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	24,0 mm	(18 – 24 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	20,0 mm	(16 – 22 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(28 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	29,0 mm	(22 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de NORFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de janeiro de 2021.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001