

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFALEXINA                      DISCO COM 30 ug                      (CFE 30)

LOTE: 2938CFE                      FABRICAÇÃO: 01/21                      VALIDADE: 01/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli    ATCC 25922	20,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de Cefalexina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2020.

Araçatuba, 09 de fevereiro de 2021.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001