

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

POLIMIXINA B                      DISCO COM 300 UI ( POL 300 )

LOTE: 2944POL                      FABRICAÇÃO: 02/21                      VALIDADE: 02/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	17,0 mm	(13 – 19 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	17,0 mm	(14 – 18 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de POLIMIXINA B entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de março de 2021.



Controle de qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001