

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ESTREPTOMICINA - DISCO COM 300 ug - EST 300

LOTE: 2946ESTHL FABRICAÇÃO: 02/21 VALIDADE: 02/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	20,0 mm	( 14- 20 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.
- Manter os discos de Estreptomicina entre +2°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 10 de março de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001