

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

LINEZOLIDA DISCO COM 10 ug (LNZ 10)

LOTE: 2947LNZE FABRICAÇÃO: 03/21 VALIDADE: 03/23

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	26,0 mm	(21 – 27 mm)	24,0 mm
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	24,5 mm	(19 – 25 mm)	22,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	28,0 mm	(23 – 29 mm)	26,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.
 - Manter os discos de Linezolida armazenados entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2020.

Araçatuba, 13 de março de 2021.



Controle de qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001