

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

DOXICICLINA - DOX 30, DISCO COM 30 ug .

LOTE: 2953DOX

FABRICAÇÃO: 03/21

VALIDADE: 03/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	( 23 – 29 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	23,0 mm	( 18 – 24 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.
- Manter os discos de DOXICICLINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 07 de abril de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001