



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: AZITROMICINA      DISCO COM 15 ug      (AZI 15)

LOTE: 2956AZI      FABRICAÇÃO: 04/21      VALIDADE: 04/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	(21 - 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.
- Manter os discos de Azitromicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 abril de 2021.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001