

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

PENICILINA G (Benzilpenicilina)      DISCO COM 10 UI      (PEN 10)

LOTE: 2958PEN      FABRICAÇÃO: 04/21      VALIDADE: 04/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	36,0 mm	(26 - 37 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar –DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.
  - Manter os discos de PENICILINA G entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 24 de abril de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001