

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÂNICO DISCO COM 30 ug - AMC 30 (20/10)

LOTE: 2959AMC

FABRICAÇÃO: 04/21

VALIDADE: 04/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor de Referência
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	28 - 36 mm
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	18 - 24 mm
Escherichia coli ATCC 35218	21,0 mm	17 - 22 mm
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.

Manter os discos de Amoxicilina/Ácido Clavulânico entre -20°C a -15°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de abril de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001