

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFUROXIMA - CRX 30, DISCO COM 30 ug .

LOTE: 2960CRX

FABRICAÇÃO: 04/21

VALIDADE: 04/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(20 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.
- Manter os discos de CEFUROXIMA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 30 de abril de 2021.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001